

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的
安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目	要求	提供单位	备注
供电	电源	高温炉电压单相 220VAC±10%, 频率 50HZ, 功率 7KW	客户提供
	空气开关 	连接空气开关, 需准备不小于 40A 的空气开关	客户提供
	新国标插线板 	需准备两个单相电压 AC 220V/50HZ, 最大电流 10A 的插线板	
	接地	电阻小于 4Ω 的接地线	客户提供
气源 	工作气体：需要一瓶 40 升的工作气体（氩气或氮气）	客户提供	气瓶需配上减压阀，出气口需连接 φ 6.35 的聚四氟管
水冷机 	CW-5000	客户选配	